資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和２年５月１日

国立大学法人宮崎大学

契約担当役　理事　迫田浩一郎

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　45

○第３号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　超音波診断装置　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和２年度12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　内科用超音波診断装置

ａ　Ｂモード、Ｍモード、カラードプラ、パルスドプラ、連続波ドプラ検査ができること。

ｂ　高分解能断層像と高感度カラードプラ画像を表示できること。

ｃ　臓器組織性状などの診断・解析が可能であること。

ｄ　観察目的に応じた探触子及び周波数を備えていること。

Ｂ　外科用超音波診断装置

ａ　Ｂモード、Ｍモード、カラードプラ、パルスドプラ、連続波ドプラ検査ができること。

ｂ　高分解能断層像と高感度カラードプラ画像を表示できること。

ｃ　臓器組織性状などの診断・解析が可能であること。

ｄ　観察目的に応じた探触子及び周波数を備えていること。

Ｃ　産科用超音波診断装置

ａ　３Ｄ／４Ｄ機能を備えていること。

ｂ　観察目的に応じた探触子及び周波数を備えていること。

ｃ　カラー表示できること。

Ｄ　救命救急用超音波診断装置

ａ　Ｂモード、Ｍモード、カラードプラ、パルスドプラ、連続波ドプラ検査ができること。

ｂ　高分解能断層像と高感度カラードプラ画像を表示できること。

ｃ　即時に画像を確認できること。

ｄ　バッテリー搭載によりポータビリティが可能であること。

ｅ　観察目的に応じた探触子及び周波数を備えていること。

Ｅ　心臓検査用超音波診断装置

ａ　自動でＥＦを計算することができること。

ｂ　３Ｄ経食道エコーが可能であること。

ｃ　経胸壁での３Ｄ描写が可能であること。

ｄ　小児用経食道プローブを備えていること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和２年６月16日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒889―2192 宮崎市学園木花台西一丁目１番地　国立大学法人宮崎大学財務部経理調達課　阿南　拓磨　電話0985―58―7574

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和２年５月１日から令和２年６月16日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和２年５月12日11時00分

⑵　開催場所　宮崎大学木花キャンパス事務局４階会議室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Ultrasound diagnostic equipment 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　Ultrasound diagnostic equipment for internal medicine.

a　Capability of B-mode, color-coded Doppler, pulsed-wave Doppler analysis.

b　Ability to display high-resolution cross-sectional image and high sensitivity color Doppler image.

c　Advanced diagnostic capability such as tissue characterization analysis should be installed.

d　The system should be equipped with various types of probes with different wave lengths appropriate for specific application.

B　Surgical ultrasound diagnostic equipment.

a　Capability of B-mode, color-coded Doppler, pulsed-wave Doppler analysis.

b　Ability to display high-resolution cross-sectional image and high sensitivity color Doppler image.

c　Advanced diagnostic capability such as tissue characterization analysis should be installed.

d　The system should be equipped with various types of probes with different wave lengths appropriate for specific application.

C　Obstetrics ultrasound diagnostic equipment.

a　The system should have 3D／4D ultrasound features.

b　The system should be equipped with various types of probes with different wave lengths appropriate for specific application.

c　The system should be designed for color imaging.

D　Ultrasound diagnostic equipment for emergency medical.

a　Capability of B-mode, color-coded Doppler, pulsed-wave Doppler analysis.

b　Ability to display high-resolution cross-sectional image and high sensitivity color Doppler image.

c　Image confirmation available immediately.

d　Portability because of powered by battery.

e　The system should be equipped with various types of probes with different wave lengths appropriate for specific application.

E　Ultrasound diagnostic equipment for cardiac examination.

a　Auto EF for emergency.

b　3D TEE necessary.

c　3D TTE necessary.

d　TEE for pediatric necessary.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　16 June, 2020

⑹　Contact point for the notice : Takuma Anan, Procurement Section, Accounting Division, National University Corporation University of Miyazaki, 1―1 Gakuen Kibana-dai Nishi Miyazaki-shi 889―2192 Japan, TEL 0985―58―7574

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和２年５月１日

農林水産省大臣官房参事官（経理）

秋葉　一彦

◎調達機関番号　018　◎所在地番号　13

１　調達内容

⑴　品目分類番号　14、71、27

⑵　借入件名及び数量

①　農林水産省行政情報システム機器賃貸借及び保守業務（仮想デスクトップ追加）　一式

②　行政情報システム用端末賃貸借及び保守等業務　一式

２　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和２年５月25日午前11時（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒100―8950 東京都千代田区霞が関１－２－１　農林水産省大臣官房予算課調達班調達第１係　鈴木めぐみ　電話03―3591―6753

３　仕様書案の交付

⑴　交付期間　令和２年５月１日から令和２年５月24日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

第明治三十二種郵便物認可　三十五年三月三十一日