f　The bedside monitor has the ability to register the patient type selection, pacemaker status, gender, date of birth, height, and weight on the patient registration screen, in addition to the patient name. Also, when the information is entered, the system can automatically calculate the age from the date of birth and the BSA from the height／weight.

B　About screen display

a　The screen has the ability to display 12 or more waveforms simultaneously.

b　The screen display should be able to magnify the numbers and be recognizable from a distance.

C　About measurement

a　The bedside monitor has the function of continuously monitoring 12 lead ECGs using a 5 lead ECGs cable.

b　For heart rate alarm settings, the bedside monitor has a function to set an alarm for severe bradycardia and severe tachycardia in relation to the upper and lower limits of normal operation. In addition, severe bradycardia and severe tachycardia can be set as a fixed value in addition to the difference between the lower and upper limits of the heart rate alarm.

c　The ECG measurement has at least 25 different arrhythmia analysis capabilities. At that time, detection of atrial fibrillation (af) should be performed.

d　The SpO2 alarm setting is able to separately set any value less than the lower limit level as a desaturation alarm.

e　When measuring non-invasive blood pressure, the bedside monitor has a sequence mode and can perform a maximum of four or more measurement phases in a row with a set number of measurements and intervals for each phase.

f　Blood pressure is able to be measured over 3ch at the same time.

g　Pulse pressure variation (PPV) parameters can be displayed from the instantaneous arterial pressure value.

h　Body temperature is able to be measured at least 2ch at a time.

D　About connection with external medical devices

a　Data (waveforms, measured values, settings, alarms) taken from external devices can be displayed on the monitor screen and used as trend information by means of a module or interface board.

b　The bedside monitor has a function to display alarm information from external devices to the central monitor.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　3 July, 2020

⑹　Contact point for the notice : Yasuhiko Nakamura, Procurement management Section, Hospital Management Division, Hospital Department, Kanazawa University, 13―1 Takara-machi Kanazawa-shi 920―8641 Japan, TEL 076―265―2067

資料提供招請に関する公表の訂正

令和２年５月18日

国立大学法人京都工芸繊維大学長

森迫　清貴

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26

１　掲載日　令和２年５月11日（号外政府調達第83号）

２　訂正内容　47ページ４段目の資料提供招請に関する公表中、４⑵の「開催場所　京都工芸繊維大学３号館第二会議室」を「開催場所　Cisco社製WebEx Meetingsを用いて遠隔で実施。参加希望者に本学が指定するWebEx Meetings会議室へのアクセス情報を連絡する。」に訂正します。

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和２年５月18日

支出負担行為担当官

国税庁長官官房会計課長

清水　雄策

◎調達機関番号　015　◎所在地番号　13

１　調達内容

⑴　品目分類番号　14、71、27

⑵　借入物品等及び数量　令和２年度作成コーナー用パソコンに係るＩＣカードによる認証印刷機器の購入及びプリンタの借入　一式

２　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和２年６月８日17時00分（送付の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒100―8978 東京都千代田区霞が関３－１－１　国税庁長官官房会計課契約第二係　岡本　有加　電話03―3581―4161　内線3646

３　仕様書案の交付

⑴　交付期間　令和２年５月18日から令和２年６月８日まで。

⑵　交付場所　〒100―8978 東京都千代田区霞が関３－１－１　東受付室内入札説明室

ただし、仕様書（案）は「電子調達システム」を利用して入手することができる。

４　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 14, 71, 27

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : The purchase of the certification printing products with the chip cards for the personal computers and borrowing of the printers in 2020　1 set

⑶　Time-limit for the submission of comments : 17 : 00　8 June 2020.

⑷　Contact point for the notice : OKAMOTO Yuka Procurement Section, Accounts Division, Commissioner's Secretariat, National Tax Agency, 1―1 Kasumigaseki 3chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100―8978 Japan. TEL 03―3581―4161 ex. 3646

意見招請に関する公示

次のとおり調達物件の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和２年５月18日

最高裁判所事務総局経理局長　氏本　厚司

◎調達機関番号　003　◎所在地番号　13

１　調達内容

⑴　品目分類番号　14、71、27

⑵　借入件名及び数量　多機能サーバ等の賃貸借等（令和２年度設置分）一式

２　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和２年６月８日正午（郵送の場合は必着のこと）

⑵　提出先　〒102―8651 東京都千代田区隼町４－２　最高裁判所事務総局経理局用度課調査係　松原　電話03―3264―5873

３　仕様書案の交付

⑴　交付期間　公示日から上記２⑴まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　Summary

⑴　Classification of the services to be procured : 14, 71, 27

⑵　Nature and quantity of the service to be contracted : Multi-function such as a server lease etc., 1 contract

⑶　Time limit for the submission of comments on the specifications : Noon, June 8, 2020

⑷　Contact point for the notice, delivery of the specifications, and the submission of comments : Matsubara, Research Section, Supplies Division, Financial Bureau, General Secretariat, Supreme Court, 4―2 Hayabusa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102―8651, Japan, TEL 03―3264―5873

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和２年５月18日

経理責任者　独立行政法人国立病院機構

鹿児島医療センター院長　田中　康博

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　46

○第15003号（№15003）

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　購入等物品及び数量　ＳＰＤ業務委託　一式

２　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和２年６月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒892―0853 鹿児島市城山町８番１号　独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター企画課長　伊藤　淳司　電話099―223―1151　内線7301