招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和３年10月11日

国立大学法人島根大学長　服部　泰直

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　32

○第２号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　密封小線源治療システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　令和４年度３月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　高線量率リモートアフターローディング放射線治療システムであること。 B　専用のアプリケーターを用いて高精度に体腔内及び組織内密封小線源治療を行うことができること。 C　高精度な小線源治療を実施するために必要な周辺機器を有すること。 D　挿入した線源を正確に同定可能なX線位置決め装置ならびに超音波位置決め装置を有すること。 E　放射線治療計画システムはＣＴ、ＭＲ画像を用いた３次元治療計画と線量計算および線量最適化が行える機能を有すること。 F　品質保証・管理システムは、治療の線量精度および装置等の機械的精度を保持、保証するための機能を有すること。 G　患者状態の監視および治療室内の空間線量と個人被ばく線量管理が行えるシステムを有すること。 H　本院既存のネットワークシステム（病院情報システム、部門システム、治療計画システム）とオンライン運用ができること。 I　安全性が保障された最新の性能・機能を有するものであること。 J　システムダウン時や停電時にも安全に線源を回収する機能を有すること。 K　個人情報保護のためのセキュリティ対策が施されていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和３年11月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒693―8501 出雲市塩冶町89―１　国立大学法人島根大学医学部会計課契約第二係　森山　　洋　電話0853―20―2043

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和３年10月11日から令和３年11月26日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和３年10月15日14時00分

⑵　開催場所　島根大学医学部本部棟４階第二会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Brachytherapy system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Rent

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The apparatus must be high dose rate remote-afterloading brachytherapy system. B　The system must have capability to perform precise intracavitary and interstitial brachytherapy using special applicators. C　The system must have peripheral devices achieve precise brachytherapy. D　The system should have accurate X-ray and ultrasound-guided simulation unit for brachytherapy. E　The treatment planning system that can perform 3D treatment planning with computed tomograph (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). F　The system must be able to perform the Quality Assurance (QA) and the Quality Control (QC) for all units associated with treatment delivery. G　The system must have equipments and functions to perform patient monitoring and dose management. H　The system must be connected to existing network systems on-line, including Hospital Information System, Radiotherapy Information System and Treatment Planning System. I　The system must be the latest equipments and functions with guaranteed safety. J　The system must be capable of collecting source safely in case of power interruption or system crash. K　The system must have security measures to protect patient information from loss and theft.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　26　November, 2021

⑹　Contact point for the notice : MORIYAMA Hiroshi, Contracting Section 2, Accounting Division, The National University Corporation Shimane University Faculty of Medicine, 89―1 Enya-cho Izumo-shi 693―8501 Japan, TEL 0853―20―2043

○第３号

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　温熱治療システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　令和４年度３月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

A　高周波式温熱療法システムであること。 B　電極パッドを用いて表在性及び深部まで身体の加温を行うことができること。 C　温熱療法を実施するために必要な周辺機器を有すること。 D　温熱療法システムはＣＴ画像を用いたサーモシミュレーション機能を有すること。 E　温熱療法時の患者状態の把握や加温状況の計測を行える温度計、カメラ等を有すること。 F　本院既存のネットワークシステム（病院情報システム、部門システム）とオンライン運用ができること。 G　安全性が保障された最新の性能・機能を有するものであること。 H　個人情報保護のためのセキュリティ対策が施されていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和３年11月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒693―8501 出雲市塩冶町89―１　国立大学法人島根大学医学部会計課契約第二係　森山　　洋　電話0853―20―2043

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和３年10月11日から令和３年11月26日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和３年10月15日15時00分

⑵　開催場所　島根大学医学部本部棟４階第二会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Hyperthermia system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Rent

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The apparatus must be high frequency type hyperthermia system. B　The system must be able to warm the surface and deep part of the body using electrode pads.