C The system must have peripheral devices achieve hyperthermia. D The system must have a thermo-simulation function, using computed tomography (CT) images. E The system must have equipments and functions to perform patient monitoring and heating status, such as thermometers and monitoring cameras. F The system must be connected to existing network systems on-line, including Hospital Information System and Radiotherapy Information System. G The system must be the latest equipments and functions with guaranteed safety. H The system must have security measures to protect patient information.

⑸ Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 26 November, 2021

⑹ Contact point for the notice : MORIYAMA Hiroshi, Contracting Section 2, Accounting Division, The National University Corporation Shimane University Faculty of Medicine, 89―1 Enya-cho Izumo-shi 693―8501 Japan, TEL 0853―20―2043

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和３年10月11日

国立大学法人宮崎大学

契約担当役　理事　迫田浩一郎

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　45

○第５号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　循環器血管造影治療システム　一式

⑶　調達方法　購入

⑷　導入予定時期　令和４年度５月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ）全身のデジタル式循環器用Ｘ線透視診断装置であり、据え置き型シングルプレーン装置であること。

Ｂ）線量の表示及び記録が可能であること。

Ｃ）本院の病院情報システム、放射線情報システム、画像情報システムならびに動画を含む循環器情報システムと接続できること。

Ｄ）Dual Energy X-ray Absorptiometry方式の全身骨対応骨密度装置を導入すること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和３年12月１日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒889―2192 宮崎市学園木花台西一丁目１番地　国立大学法人宮崎大学財務部経理調達課　阿南　拓磨　電話0985―58―7574

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和３年10月11日から令和３年12月１日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和３年10月13日11時00分

⑵　開催場所　宮崎大学木花キャンパス事務局４階会議室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : A set Cardiovascular interventional X-ray fluoroscopy and radiography system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A）A system required to enable whole body and cardiovascular digital X-ray fluoroscopy and radiography, and fixed single-plane arm type equipment.

B）A system required to enable indicating radiation dose and recording.

C）Connected with HIS, RIS, PACS and cardiovascular system with digital cine and video that existing in this hospital and able to exchange patient information, treatment information, study information and images.

D）A system required to installation Dual Energy X-ray Absorptiometry whole body Bone Density equipment.

⑸ Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 1 December, 2021

⑹ Contact point for the notice : Takuma Anan, Procurement Section, Accounting Division, National University Corporation University of Miyazaki, 1―1 Gakuen Kibana-dai Nishi Miyazaki-shi 889―2192 Japan, TEL 0985―58―7574

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和３年10月11日

警察庁長官官房会計課理事官　貝沼　　諭

◎調達機関番号　009　◎所在地番号　13

○第806号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　15、28

⑵　購入等物品及び数量

①　デジタルヘリコプターテレビ用可搬形自動追尾受信設備（２形）　数量未定

②　衛星通信用デジタル可搬局設備（２形）　数量未定

③　ＩＰＲ形警察移動無線通信システム　数量未定

④　空中線共用器（ＩＰＲ形）　数量未定

⑤　基地局用空中線（指向性形）　数量未定

⑥　車両用ホイップアンテナ　数量未定

⑦　白バイ用ホイップアンテナ　数量未定

２　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和３年11月10日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒100―8974 東京都千代田区霞が関２－１－２　警察庁情報通信局通信施設課課長補佐　長井　　学　電話03―3581―0141内線6189

３　仕様書案の交付

⑴　交付期間　令和３年10月11日から令和３年11月10日まで。

⑵　交付方法　本公告日から調達ポータル上にてダウンロード可能。

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101

４　下請けに対する関心表明の方法

⑴　関心表明書の提出期限　上記２⑴に同じ。

⑵　提出先　上記２⑵に同じ。

５　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 15, 28

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased :

①　Portable type Automatic Pursuit Receiver for Digital Helicopter Television (Type 2), Quantity is undecided.

②　Portable Digital Equipment for Satellite Communication (Type 2), Quantity is undecided.

③　Integrated Police Radio Mobile Communication System, Quantity is undecided.

④　Antenna Duplexer (Type IPR), Quantity is undecided.

⑤　Base Station Antenna (Type Directional), Quantity is undecided.

⑥　Whip Antenna for Police Car, Quantity is undecided.

⑦　Whip Antenna for Traffic Patrol Motorcycle, Quantity is undecided.

⑶　Time-limit for the submission of comments : 17 : 00　10 November, 2021