6　資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7　資格の有効期間
６の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8　その他
⑴　設計共同体の名称は、「洪水予測システム高度化業務△△・××設計共同体」とする。
⑵　当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く））」（令和４年３月11日付け支出負担行為担当官近畿地方整備局長）に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。

招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和４年３月11日
独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター院長　長谷川好規
◎調達機関番号　597　◎所在地番号　23
○第 07108 号（№07108）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　麻酔器　12式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和４年度第２・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　成人～新生児まで対応可能な人工呼吸器を搭載していること。
②　フレッシュガスは総流量および酸素濃度を設定するミキサー方式であること。
③　気道内圧波形、フロー波形、CO_2波形を表示する機能を有すること。
④　麻酔ガスモニターは内蔵タイプであること。
⑤　気化器は低流量領域において精度が高く濃度が安定していること。
⑥　耐圧ホースはご接続を防ぐため、ガス別にホース部分色およびアウトレット接続部分の形状が異なること。
⑦　ＧＣＸレールを標準装備し、生体情報モニターなど周辺機器の搭載が容易であること。
⑧　Procedure（肺のリクルートメント）機能を備えていること。
⑨　自動セルフチェック機能および自己診断機能を備えていること。
⑩　停電時のバックアップ用電源は30分以上動作可能であること。
⑪　患者回路の圧縮量に対する補正機能を有していること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和４年４月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒460―0001 愛知県名古屋市中区三の丸４－１－１　独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター企画課長　谷上　勇人　電話052―951―1111　内線2220
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和４年３月11日から令和４年４月26日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Total cardiopulmonary system 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　Equipped with a respirator that can be used from neonates to adults
②　Fresh gas must be a mixer system that sets the total flow rate and oxygen concentration
③　A function to display the airway pressure waveform, flow rate waveform, and CO_2 wav-eform are required
④　The anesthetic gas monitor must be a built-in type
⑤　The vaporizer has high accuracy and suitable concentration in the low flow rate region
⑥　The compressed gas hose has a different hose color and outlet connection shape for each gas to prevent incorrect connection
⑦　Equipped with GCX rail as standard equipment, making it easy to install devices such as patient monitors
⑧　Must have a Procedure (lung recruitment) function
⑨　Must have an automatic self-check function and a self-test function
⑩　The backup power supply in the event of a system power failure must be able to operate for at least 30 minutes
⑪　The system must have the ability to compensate for the compression volume in the patient circuit
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. April 26, 2022
⑹　Contact point for the notice : Hayato Tanigami, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Nagoya Medical Center, 4―1―1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 460―0001, Japan. TEL 052―951―1111 ext. 2220

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和４年３月11日
独立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター院長　長谷川好規
◎調達機関番号　597　◎所在地番号　23
○第 07109 号（№07109）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　手術用生体情報モニタ　11式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和４年度第２・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　患者の近くに設置し、患者のバイタルサイン（心電図、血圧、体温、酸素飽和度など）を画面に表示し、アラームを発生させ、無呼吸の検出や不整脈の監視も可能であること。
②　停電時や突発的な電源遮断時にデータの消失を防ぐために、バッテリを１個搭載できること。
③　測定項目ごとにパラメータウィンドウを設け、測定項目ごとの詳細情報を確認できるようにすること。
④　各パラメータのアラーム設定をモニタリング画面に表示できること。
⑤　アラーム発生時には、画面表示や音だけでなくＬＥＤ等による通知が行えること。
⑥　アラームは、重要度に応じて３段階にて通知する機能を有すること。
⑦　麻酔ガスの測定が可能であること。
⑧　外部機器データを取り込む機能を有すること。
⑨　セントラルモニタと有線ＬＡＮにて通信が可能であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和４年４月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒460―0001 愛知県名古屋市中区三の丸４－１－１　独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター企画課長　谷上　勇人　電話052―951―1111　内線2220
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和４年３月11日から令和４年４月26日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。