	パルス耐電圧の試験、日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する耐電圧及び巻線端子間耐電圧の試験ができるもの	
交流電源装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二及びＣ一七三六―二に規定する試験の電圧を発生させることができるもの	
温湿度試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する温度特性、高温乾燥の影響、低温の影響、高温高湿の影響、温度サイクルの影響及び耐久性の試験ができるもの	
インパルス電圧試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定するインパルス電圧の影響の試験ができるもの	
サージ試験装置	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する交流主電源線上のサージの影響の試験ができるもの	
標準計器用変成器	日本産業規格Ｃ一二八三―二に規定する器差試験及び日本産業規格Ｃ一七三六―二に規定する比誤差及び位相角の測定を行うため、日本産業規格Ｃ一七三一―一及びＣ一七三	

	できるものであって、波頭長が一・二マイクロ秒、波尾長が五十マイクロ秒の五千ボルトの正極性全波電圧を発生できるもの	
交流電源装置	定格電圧の百十パーセントまでの電圧を発生できるもの	
温度試験装置	温度零下十度から四十度までの範囲内の任意の温度を保持できるもの	
［新設］	［新設］	
［新設］	［新設］	
標準計器用変成器	日本産業規格Ｃ一七三一―一及びＣ一七三一―二に規定する確度階級が〇・一級のもの又は〇・二級のもの	