C．Uninterruptible power supply (for main unit of a Clinical Chemistry Analyzer)

② System performance

A．The system shall have the test processing capacity to process the biochemical tests performed by the hospital without delay.

B．The system shall be capable of analyzing serum, plasma, urine, spinal fluid, and other materials as necessary.

C．The system shall be able to be connected to an existing laboratory system.

D．It can be directly connected to a Laboratory Automation System line.

E．The system shall be capable of operating 24 hours a day

⑸ Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　11 July, 2022

⑹ Contact point for the notice : Yoshimasa Takehara, Procurement, Accounting Division, School of Medicine, Yamaguchi University, 1―1―1 Minamikogushi Ube-shi 755―8505 Japan, TEL 0836―22―2031 E-mail me215@yamaguchi-u.ac.jp

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年５月26日

国立大学法人九州大学総長　石橋　達朗

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　40

○第７号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　24

⑵　導入計画物品及び数量　ハイスループット原子分解能分析電子顕微鏡装置　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　令和５年度４月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

ハイスループット原子分解能分析電子顕微鏡装置　本体

ａ　冷陰極電界放出型電子銃を備えていること。

ｂ　電子の加速電圧を80kV～200kVの範囲で設定できること。

ｃ　照射レンズ系に収差補正器を備えていること。

ｄ　複数のシリコンドリフト型Ｘ線検出器（ＳＤＤ）を備えており、超高感度の元素マッピングが行えること。

ｅ　ポストコラム型のエネルギーフィルターを備えており、電子エネルギー損失分光（ＥＥＬＳ）による電子状態解析が可能であること。

ｆ　スクリプト言語（Pythonなど）を用いて電子顕微鏡のオペレーションおよび元素マップ取得などのデータ収集を自動化できること。

ｇ　高分解能で長時間分析を行える十分な装置安定性を有すること。

ｈ　複数の試料を取り付けることができるＸ線分析用試料ホルダーを備えていること。

ｉ　ＳＴＥＭモードにおいてナノビーム電子回折のデータ収集（４Ｄ－ＳＴＥＭ）が可能であること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和４年６月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒819―0395 福岡市西区元岡744 国立大学法人九州大学財務部調達課備品調達係　池永雄一郎　電話092―802―2364

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和４年５月26日から令和４年６月27日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 24

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : High-throughput atomic-resolution analytical electron microscope 1 Set

⑶　Type of the procurement : Rent

⑷　Basic requirements of the procurement : High-throughput atomic resolution analytical electron microscope

a　The electron gun of the instrument is a cold cathode field emission type electron gun.

b　The acceleration voltage can be tunable in the range of 80kV-200kV.

c　The instrument must have aberration corrector in the electron illumination lens system.

d　The instrument must have multiple silicon drift x-ray detectors (SDDs) for high-sensitive elemental mapping by energy-dispersive x-ray spectroscopy (EDX).

e　The instrument must have a post-column electron energy filter for electron energy-loss spectroscopy (EELS).

f　The instrument must have functionality for customized automation of image collection and chemical analysis using scripting language such as Python.

g　The instrument must have stability that enables long-time analysis measurement.

h　The instrument must have a specimen holder, which can hold multiple specimens, dedicated to EDX analysis.

i　It is possible to perform nano-beam diffraction imaging (4D-STEM) by the instrument.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　27 June, 2022

⑹　Contact point for the notice : IKENAGA Yuichiro, Equipment Procurement Section, Procurement Division, Finance Department, Kyushu University, 744 Motooka Nishiku Fukuoka-shi 819―0395 Japan, TEL 092―802―2364

資料提供招請に関する公表

東日本電信電話株式会社公告第 14 号

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

なお、本招請は資料等提供者の機密情報及び財産的情報の提出を求めるものではありません。

令和４年５月26日

東日本電信電話株式会社

関東病院長　大江　隆史

◎調達機関番号　125　◎所在地番号　13

○東総人医関病契第 22―00016 号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22

⑵　導入計画物品名称及び数量　超電導磁気共鳴診断装置（ＭＲＩ）一式

⑶　調達方法　賃貸借（リース）

⑷　導入予定時期　令和５年２月

⑸　調達に必要とされる基本的な要求

①　磁場強度は3.0テスラ相当であること。

②　全身のより詳細な解剖学的構造の診断を目的とした機能を有すること。

③　高性能の画像診断解析ワークステーションを有すること。

④　当院の医療情報システムと接続可能であること。

２　資料及びコメントの提供方法

上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに資料等の提供を招請します。

⑴　資料等の提出期限　令和４年７月11日14時00分（日本時間）（郵送必着のこと）

⑵　提出先　〒141―8625 東京都品川区東五反田５－９―22　東日本電信電話株式会社関東病院　運営企画部　契約担当

電話（03）3448―6126

E-mail：nmct.keiyaku-ml@east.ntt.co.jp

なお、ＮＴＴ東日本ホームページ https://www.ntt-east.co.jp/purchase/index.html記載窓口においても問い合わせを行います。

３　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22

⑵　Name and quantity of the products to be purchased : Superconducting magnetic resonance device 1 set.

⑶　Type of the procurement : Lease

⑷　Introductory schedule time : February, 2023

⑸　Basic requirements of the procurement :

①　The system must have a static magnetic field of 3.0 Tesla or so

②　Whole body MRI examination system with facilities to acquire detailed images of every part of body

③　The system shall include high performance workstation for imaging analysis and diagnosis

④　The system shall be able to be connected with the medical information system now working at our hospital