(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 5 December, 2022
(6) Contact point for the notice : SHIMURA Masaki, Accounting Team, Information Strategy Group, Information Systems Department, The University of Tokyo, 6―2―3 KashiwanoHa Kashiwa-shi Chiba 277―0882 Japan, TEL080―9452―3828

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年11月１日

国立大学法人東京医科歯科大学
学長　田中雄二郎

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第２号

1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　令和５年度12月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A　アーム本体、カテーテルテーブル、周辺機器で構成されること。
B　２本のアームで構成されたバイプレーンタイプであること。
C　循環器領域に対応していること。
D　最新の高難度な手技にも対応できる内容であること。
E　安全機構を有する装置であること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　令和４年12月19日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒113―8519 東京都文京区湯島１―５―45　東京医科歯科大学病院管理課用度係　船津　一喬　電話03―5803―5110

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　令和４年11月１日から令和４年12月19日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　令和４年11月11日14時00分
(2) 開催場所　東京医科歯科大学病院管理課打ち合わせ室（M＆Dタワー１階）

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Cardiovascular Interventional Digital Angiography System 1 Set
(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement :
A　It must consist of a C-arm, a patient table, and other equipments.
B　It must consist of 2 arms, and be a biplane type.
C　It must be able to be used for cardiovascular diseases.
D　It must be able to be used for the latest high difficulty procedures.
E　It must have safety features.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 19 December, 2022
(6) Contact point for the notice : Funatsu Kazutaka, Administration Section, Administration Division, Tokyo Medical and Dental University Hospital, 1―5―45 Yushima Bunkyo-ku Tokyo 113―8519 Japan, TEL 03―5803―5410

○第３号

1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　全身用Ｘ線ＣＴ診断装置　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　令和５年度12月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A　医療安全の質を向上するために、被ばく低減や造影剤低減などの低侵襲な検査が出来るＣＴ装置であること。
B　ＣＴ装置において、患者ポジショニングから画像処理までの一連のワークフローを自動化・効率化するＡＩ技術を有すること。
C　既存の読影支援システムの機能を拡充し、ＣＴ検査後の後処理を自動化するシステムを構築すること。
D　独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）から承認を受けているＡＩプログラムを読影業務の支援のために備えること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　令和４年12月19日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒113―8519 東京都文京区湯島１―５―45　東京医科歯科大学病院管理課用度係　船津　一喬　電話03―5803―5110

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　令和４年11月１日から令和４年12月19日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　令和４年11月11日15時00分
(2) 開催場所　東京医科歯科大学病院管理課打ち合わせ室(M＆Dタワー１階)

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Whole Body X-ray Computed Tomography Scanner 1 Set
(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement :
A　It is a CT scanner that can reduce the amount of radiation dose and contrast agent for improving the quality and safety of patient care.
B　It must be equipped with an artificial intelligence (AI)-powered solution for streamlining the workflow from patient positioning through post-processing.
C　The existing diagnostic decision support system for radiologists must be upgraded, and a system of automatic post-processing of imaging datasets must be built.
D　A system with AI-powered programs approved by Pharmaceuticals and Medical Devices Agency must be introduced for supporting diagnoses of radiologists.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 19 December, 2022
(6) Contact point for the notice : Funatsu Kazutaka, Administration Section, Administration Division, Tokyo Medical and Dental University Hospital, 1―5―45 Yushima Bunkyo-ku Tokyo 113―8519 Japan, TEL 03―5803―5410

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年11月１日

国立大学法人香川大学長　筧　　善行

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　37

○第２号

1　調達内容
(1) 品目分類番号　14
(2) 導入計画物品及び数量　医用画像保管通信システム　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　令和５年度12月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A　医用画像保管通信システム、レポーティングシステム、検像システム、症例検討システム、統合検査情報システム等を含むこと。