招　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年11月４日

独立行政法人国立病院機構

名古屋医療センター院長　長谷川好規

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　23

○第 07117 号（№07117）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量

①　手術用顕微鏡　１式

②　注射薬自動払出装置　１式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和５年度第２・四半期

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　手術用顕微鏡

・レンズから接眼レンズに至る全光学系はアポクロマート光学系であること。

・対面用鏡筒と双眼側視鏡を左右両側に搭載できること。

・オートフォーカス機能を有すること。

・カメラを内蔵し、３Ｄ外部出力が可能であること。

・光源装置はキセノンランプモジュールを搭載していること。

・カラー表示可能なタッチスクリーンディスプレイを有すること。

・ランプの推定寿命または使用時間を確認できる機能を有すること。

・スタンドの振動を抑える機能を有すること。

・スタンドの映像出力端子を複数有すること。

・術中血管観察機能と術中腫瘍観察機能を搭載していること。

・神経内視鏡との併用が可能であり、手術用顕微鏡モニタへの映像表示が可能であること。

・３Ｄ映像の表示可能な大型モニタを有すること。

・外付ＨＤＤが接続可能な３Ｄ録画システムを有すること。

②　注射薬自動払出装置

・当院の電子カルテシステムの注射オーダーとの連携が可能であること。

・注射薬の払出しは一括方式と分割方式との混在が可能で、一括方式については、患者単位のトレー内に直接払出しが可能であること。

・192種類以上の薬品を収納でき、全薬品カセットは先入れ先出し整列方式であること。

・トレー積上装置のユニットは、26個以上のトレーを収納できること。また、装置を止めることなく複数のトレーを一度に取り出すことが可能であること。

・病棟へ薬品を搬送するカートを必要な台数用意すること。

・トレー側面に患者情報等の表示が可能であること。

・薬品管理のために十分なセキュリティー対策ができていること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和４年12月20日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒460―0001 愛知県名古屋市中区三の丸４－１－１　独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター企画課長　田中　貴志　電話052―951―1111　内線2220

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和４年11月４日から令和４年12月20日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased :

①　Surgical Microscope 1 set

②　Automatic Injection Dispensing Unit 1 set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　Surgical Microscope

・The entire optical system from the lens to the eyepiece should be an apochromatic optical system.

・A facing lens barrel and a binocular side scope can be mounted on both the left and right sides.

・To have an autofocus function.

・Built-in camera and capable of 3D external output.

・The light source device is equipped with a xenon lamp module.

・To have a color-capable touch screen display.

・To have a function to check the estimated life or usage time of the lamp.

・It must have a function to suppress the vibration of the stand.

・The stand shall have multiple video output terminals.

・Equipped with an intraoperative blood vessel observation function and an intraoperative tumor observation function.

・It can be used together with a neuroendoscope, and can display images on a surgical microscope monitor.

・Having a large monitor capable of displaying 3D images.

・Must have a 3D recording system that can be connected to an external HDD.

②　Automatic Injection Dispensing Unit

・It is possible to cooperate with the injection order of the electronic medical record system of our hospital.

・Injection drugs can be dispensed in batches and in divided doses, and in the case of the batch method, dispensing must be possible directly into the tray for each patient.

・192 or more chemicals can be stored, and all chemical cassettes must be arranged on a first-in, first-out basis.

・The tray stacker unit shall be able to accommodate 26 or more trays. Also, it should be possible to take out a plurality of trays at once without stopping the device.

・Prepare the necessary number of carts to transport chemicals to the ward.

・It is possible to display patient information, etc. on the side of the tray.

・Sufficient security measures are in place for chemical management.

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. December 20, 2022

⑹　Contact point for the notice : Takashi Tanaka, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Nagoya Medical Center, 4―1―1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 460―0001, Japan. TEL 052―951―1111 ext. 2220

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和４年11月４日

独立行政法人国立病院機構

西別府病院長　後藤　一也

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　44

○第 14606 号（№14606）

1　調達内容

⑴　品目分類番号　71、27

⑵　導入計画物品及び数量　病院情報システム一式及び７年間の保守業務委託

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入期限　令和６年度第３・四半期

⑸　納入場所　独立行政法人国立病院機構西別府病院

⑹　調達に必要とされる基本的な要求要件　詳細は導入説明書による。