招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和５年１月11日

国立大学法人東京大学総長　藤井　輝夫

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第19号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　磁気共鳴画像診断装置（ＭＲＩ装置）システム　一式

⑶　調達方法　借入

⑷　導入予定時期　令和５年度12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　ＭＲＩ装置は、3.0テスラの静磁場強度で全身の検査を行えるシステムであること。

Ｂ　ＭＲＩ装置は、全身の部位を高感度、高分解度で撮影できること。

Ｃ　ＭＲＩ装置は静音性を備え、マルチトランスミットＲＦ技術により、均一性に優れたＲＦ分布で広範囲撮像できるシステムであること。

Ｄ　検査を安全かつ効率的に行うために、連携するワークステーションおよび関連の周辺機器を備えること。

Ｅ　ＭＲＩ装置およびワークステーションは、院内の既存ネットワークと接続でき、患者情報の取得や画像の転送・保管連携ができること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和５年２月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒113―8655　東京都文京区本郷７－３－１　東京大学医学部附属病院事務部管理課経理チーム　福代　美樹　電話03―5800―8616

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和５年１月11日から令和５年２月27日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

５　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be rent : Magnetic resonance imaging system (MRI) 1 Set

⑶　Type of the procurement : rent

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　The MRI must have a system that can examine the whole body with a static magnetic field strength of 3.0 Tesla.

B　The MRI equipment should image any organs of the whole body with high sensitivity and high resolution.

C　The MRI must have a system for wide-area imaging with highly uniform RF distribution using multi-transmit RF technology with silent performance.

D　Dedicated workstations in cooperation with the MRI and related peripheral devices should be provided for safe and efficient examinations.

E　The MRI equipment and workstations must be able to connect to the existing network within the hospital, to acquire patient information, and to transfer and store images.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　27　February, 2023

⑹　Contact point for the notice : FUKUYO Miki, Procurement Section, Accounting Division, The University of Tokyo Hospital, 7―3―1 Hongo Bunkyo-ku Tokyo 113―8655 Japan, TEL 03―5800―8616

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和５年１月11日

国立大学法人東京医科歯科大学

学長　田中雄二郎

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　13

○第４号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　磁気共鳴断層撮影装置アップグレード　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和６年４月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　3.0Ｔの静磁場強度を持ち、70cmボア内径のワイドボアＭＲＩであること。

Ｂ　脳血管治療後に、手術時に挿入されたインプラントの影響を低減して脳血管を画像化できるゼロＴＥ　ＭＲＡ技術を有すること。

Ｃ　肝臓の硬さを画像化するＭＲエラストグラフィー技術を備え、必要な周辺機器を有すること。

Ｄ　検査時間を短縮し且つ画質向上を行えるように、ディープラーニング画像再構成技術を全身において使用できること。

Ｅ　既存のシステムと同様の安全管理が行えるように、寝台を直接外して患者載せ替えが行える着脱型寝台を有すること。

Ｆ　本院の医用画像管理システム・放射線情報システム・病院情報システムと接続し、画像情報・オーダー情報等の通信ができること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和５年２月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒113―8519　東京都文京区湯島１－５－45　東京医科歯科大学病院管理課用度係　船津　一喬　電話03―5803―5110

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和５年１月11日から令和５年２月27日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和５年１月20日14時00分

⑵　開催場所　東京医科歯科大学病院管理課打合せ室（Ｍ＆Ｄタワー１階）

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Magnetic Resonance Imaging system Upgrade

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

A　A wide-bore MRI with a static magnetic field strength of 3.0T and a bore diameter of 70cm.

B　Having zero TE MRA technology that can image cerebral blood vessels after cerebrovascular treatment, reducing the effects of implants inserted during surgery.

C　Equipped with MR elastography technology to image the stiffness of the liver and have the necessary peripheral equipment.

D　Ability to use deep learning image reconstruction techniques on the whole body to reduce examination time and improve image quality.

E　The system shall have a detachable table that allows the patient to be replaced by directly removing the table so that the same safety management as the existing system can be performed.