6　その他
⑴　手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
⑵　契約保証金
契約保証金　納付
ただし、契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
⑶　契約書作成の要否　要。
⑷　当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
有　工事監理業務等を随意契約の予定。
⑸　関連情報を入手するための照会窓口　5⑴に同じ。
⑹　2⑴②に掲げる認定を受けていない単体企業も5⑶により参加表明書を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
⑺　警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、独立行政法人労働者健康安全機構発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請がある者は、技術提案書の提出者としての選定及び技術提案書の特定の対象者としない。
⑻　詳細は、説明書による。
7　Summary
⑴　Subject matter of the contract : Design Work and Construction Work of the Kumamoto Rosai Hospital Operating・Rehabilitation・Disaster (Tentative Name) Building
⑵　Classification of the services to be procured : 42
⑶　Time-limit to express interests bringing or mail : 17 : 00, 6, April, 2023
⑷　Time-limit for the submission of proposals bringing or mail : 17 : 00, 6, April, 2023
⑸　Contact point for documentation relating to the proposal : Contract Division Accounting Department Kumamoto Rosai Hospital 1670 Takehara-cho Yatsushiro-shi Kumamoto-ken 866―8533 Japan TEL : 0965―33―4151 FAX : 0965―33―7151

招　　請

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和５年２月15日
陸上自衛隊補給統制本部衛生部長
岡部　健吾
◎調達機関番号　010　◎所在地番号　13
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
①　Ｘ線撮影装置，一般撮影用　３式
②　放射線治療システム　１式
③　ＰＥＴ－ＣＴ　１式
④　磁気共鳴断層撮影装置　２式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和６年度
⑸　納入場所
①　自衛隊中央病院：上記⑵①～③
②　自衛隊札幌病院：上記⑵④
③　自衛隊福岡病院：上記⑵①及び④
⑹　物品に必要とされる基本的な要求要件
①　Ｘ線撮影装置，一般撮影用
Ａ　Ｘ線高電圧発生装置はインバータ方式で、多様な撮影部位に対し撮影可能であること。
Ｂ　天井走行式Ｘ線管保持装置であること。
Ｃ　フォトタイマー機構を有する立位及び臥位台を備えること。
Ｄ　サイズが異なるフラットパネルディテクタを複数枚有すること。
Ｅ　画像処理装置は、高精細モニタを有し、必要な画像処理が可能であり、散乱線やノイズに対する画質改善の画像処理機能を保有すること。
Ｆ　病院が保有するシステムに接続し、円滑な画像診断ができること。
Ｇ　各種撮影に必要となる付属品を備えること。
②　放射線治療システム
Ａ　汎用型のＣアーム式医療用直線加速装置を備え、高精度および従来型の放射線治療全般が実施できること。
Ｂ　治療寝台を備え、脳定位照射をノンコプラナー照射法で実施できること。
Ｃ　マルチリーフコリメータを備え、回転式および非回転式の強度変調放射線治療が実施できること。
Ｄ　ｋｖ・ＭＶイメージャーを備え、画像誘導放射線治療が実施できること。
Ｅ　体表面位置合わせ装置を備え、呼吸性移動対策照射が実施できること。
Ｆ　放射線治療情報記録照合装置を備えること。
Ｇ　放射線治療計画装置を備えること。
Ｈ　放射線治療を実施するための固定具、周辺機器及び品質管理機器を備えること。
Ｉ　病院が保有するシステムに接続し、円滑な治療ができること。
③　ＰＥＴ－ＣＴ
Ａ　陽電子放射断層撮影装置、ＣＴ一体型でＰＥＴ検査が実施できること。
Ｂ　放射線治療計画が実施できること。
Ｃ　ＰＥＴ画像の画像解析用装置を備えること。
Ｄ　ＰＥＴ用製剤自動注入器を備えること。
Ｅ　ＰＥＴ検査を実施するための固定具、周辺機器、品質管理機器を備えること。
Ｆ　病院が保有するシステムに接続し、円滑な治療ができること。
④　磁気共鳴断層撮影装置
Ａ　人体全身用磁気共鳴断層撮影装置であること。
Ｂ　静磁場強度は1.5Ｔであること。
Ｃ　ＡＩ等を用い、高分解能で高速撮像が可能であること。
Ｄ　各部位ごとに専用ＲＦコイルを備えること。
Ｅ　各種生体モニタ機能を有すること。
Ｆ　造影剤注入器、画像処理ワークステーション、各検査に必要な附属品を備えること。
Ｇ　病院が保有するシステムに接続し、円滑な画像診断を行えること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑹の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和５年４月４日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒114―8564 東京都北区十条台１－５－70　陸上自衛隊補給統制本部衛生部補給計画課補給整備班補給整備班長　電話03―3908―5121　内線4721
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和５年２月15日から令和５年４月３日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased :
①　X-ray equipment, for general radiography 3 Set
②　Radiation therapy system 1 Set
③　PET-CT device 1 Set
④　Magnetic Resonance Imaging system 2 Set
⑶　Type of the procurement : purchase
⑷　Basic performance to be required :
①　X-ray equipment, for general radiography
Ａ　The X-ray high-voltage generator is inverter type, and it is possible to image various parts of the body.