⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
　令和６年度６月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　詳細は導入説明書による
2　資料及びコメントの提出方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提出期限　令和６年１月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒520―2192 大津市瀬田月輪町　滋賀医科大学病院経営戦略課病院調達係　小林　耕太　電話077―548―2039
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和５年12月11日から令和６年１月26日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和５年12月21日16時00分
⑵　開催場所　滋賀医科大学医学部附属病院第四会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Surgical Support System 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement : Refer to the instructions for detail
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　26 January, 2024
⑹　Contact point for the notice : Kouta Kobayashi, Procurement Section, Management Strategy of Hospital Division, Shiga University of Medical Science, Setatsukinowa-cho Otsu-shi 520―2192 Japan, TEL 077―548―2039

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和５年12月11日
国立大学法人滋賀医科大学長　上本　伸二
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　25
○第７号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画及び数量
　手術総合システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期
　令和６年度６月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
　詳細は導入説明書による
2　資料及びコメントの提出方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提出期限　令和６年１月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒520―2192 大津市瀬田月輪町　滋賀医科大学病院経営戦略課病院調達係　小林　耕太　電話077―548―2039
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和５年12月11日から令和６年１月26日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和５年12月21日16時30分
⑵　開催場所　滋賀医科大学医学部附属病院第四会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Comprehensive surgical system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement : Refer to the instructions for detail
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　26 January, 2024
⑹　Contact point for the notice : Kouta Kobayashi, Procurement Section, Management Strategy of Hospital Division, Shiga University of Medical Science, Setatsukinowa-cho Otsu-shi 520―2192 Japan, TEL 077―548―2039

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和５年12月11日
国立大学法人宮崎大学
契約担当役　理事　佐藤　一仁
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　45
○第３号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　生化学・免疫検査システム　一式
⑶　調達方法　購入
⑷　導入予定時期　令和６年７月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　生化学検査システム　１式
ⓐ　ディスクリート方式で多項目同時分析を行う機能を有すること。
ⓑ　生化学自動分析装置はトータルで比色項目は最大5,400テスト／時間、電解質は最大で1,800テスト／時間の処理能力を有していること。
B　検体前処理搬送システム　１式
ⓐ　複数の生化学自動分析装置及び免疫化学発光分析装置と接続可能なこと。
ⓑ　検体前処理搬送システムの搬入能力は１：１分注部時で500検体／時間以上の検体処理ができること。
ⓒ　分注部は、液体の液面検知が可能であること。
ⓓ　分注部は一度に200―800μℓまでの分注が可能なこと。
ⓔ　分注部は飛沫防止機構を有すること。
ⓕ　処理済検体を400検体以上の検体収納が可能であること。
ⓖ　消耗品は装置を稼働させたままで補充が可能なこと。
ⓗ　検体を流す方向が左右選択可能であること。
ⓘ　バックアップ装置を備えること。
C　免疫測定システム　１式
ⓐ　検体処理能力が200テスト／時間を有していること。
ⓑ　150検体以上の架設が可能なこと。
ⓒ　自動再検機能を有していること。
ⓓ　メイン装置と同等の性能を有するバックアップ装置を備えること。
D　免震装置
ⓐ　指定された装置等に免震装置の設置を行うこと。
ⓑ　免震装置の全高は10mm以下であること。
ⓒ　一平米あたり500kg以上の積載重量に耐え得ること。
ⓓ　定期的なメンテナンスが不要であること。
E　温度管理システム
ⓐ　クラウドサーバーを使用していること。
ⓑ　対象機器の稼働状況を、リアルタイムに確認できること。
ⓒ　データをＣＳＶ方式でダウンロード可能なこと。
F　卓上遠心機　１式
ⓐ　最高回転数は3,500rpm以上、最大遠心力は2,300×g以上の性能を有すること。
G　フロア型冷却遠心機　１式
ⓐ　最高回転数は4,800rpm以上、最大遠心力は4,150×g以上の性能を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和６年１月26日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒889―2192 宮崎市学園木花台西一丁目１番地　国立大学法人宮崎大学財務部経理調達課　黒木　高徳　電話0985―58―7574
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和５年12月11日から令和６年１月26日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。