◎調達機関番号　415　◎所在地番号　22
○第９号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　汎用電動式手術台一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和６年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　手術台は、電動で高さを調節できる機能を有すること。
B　キャスターを有し、手術台単体で移動可能なこと。
C　各科の手術ポジショニング及び低侵襲手術に対応可能であること。
D　手術を行うために必要な付属品を有すること。
E　全身の透視が可能な手術台を有すること。
F　過重体重患者に対応可能であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和６年３月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒431―3192 浜松市中央区半田山１―20―１　浜松医科大学会計課　和田　哲明　電話053―435―2553
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和６年２月１日から令和６年３月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和６年２月８日15時00分
⑵　開催場所　浜松医科大学外来棟３階第一集会室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Generic Electric Operation table 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　be able to adjust the height electrically.
B　be mobile with casters.
C　be compatible with patients' positioning for each department's operation and minimally invasive surgeries.
D　have accessories and attachments required for surgeries.
E　be compatible with whole bodyX-ray fluoroscopy.
F　be durable to overweight patients.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　18 March, 2024
⑹　Contact point for the notice : WADA Tetsuaki, Accounting Division, Hamamatsu University School of Medicine, 1―20―1 Handayama Chuo-ku Hamamatsu city 431―3192 Japan, TEL 053―435―2553

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年２月１日
国立大学法人三重大学長　伊藤　正明
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　24
○第２号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
放射線画像部門システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和６年度10月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　フラットパネル搭載型循環器血管撮影装置であること。
B　フラットパネル搭載型ＩＶＲ－ＣＴ装置であること。
C　長尺撮影がワンショットで行える機能を備えたワイヤレスフラットパネルディテクターを有すること。
D　円滑な検査遂行に必要な周辺機器及びソフトウエアを有すること。
E　放射線情報システム、既存の病院情報管理システム（日本アイ・ビー・エム（株）製）、既存の装置と接続し、画像情報・オーダ情報の通信ができること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和６年３月18日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒514―8507 三重県津市栗真町屋町1577　三重大学財務部財務管理チーム調達室　伊藤　晴美　電話059―231―5315
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和６年２月１日から令和６年３月18日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和６年２月13日15時00分
⑵　開催方法　オンライン開催
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Radiology imaging department system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The system requires cardiovascular angiography unit equipped with a flat panel detector.
B　The system requires IVR-CT unit equipped with a flat panel detector.
C　The system requires a wireless flat panel detector with a function that allows long-length photography to be performed in one shot.
D　Must have peripheral equipment and software necessary for smooth inspection.
E　It must be possible to connect with radiology information systems, existing hospital information management systems (manufactured by IBM Japan), and existing equipment, and to communicate image information and order information.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　18 March, 2024
⑹　Contact point for the notice : Harumi Ito, Procurement Section, Financial Management Office, Finance Department, Mie University, 1577 Kurimamatiya-cho Tsu-shi 514―8507 Japan, TEL 059―231―5315

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年２月１日
国立大学法人三重大学長　伊藤　正明
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　24
○第３号
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量
ＭＲＩ画像診断システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和６年度10月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　均一性に優れた静磁場強度３Ｔ以上の超伝導型マグネットを有していること。
B　高速撮像が可能なグラディエントシステムを有していること。
C　多チャンネルフェーズドアレイコイルシステムを有していること。
D　全身のＭＲＩ／ＭＲＡ撮像の他、先進的アプリケーション及び周辺機器を有していること。
E　高速画像処理、高速画像転送が可能であること。
F　本院既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、読影システム及び医用画像管理システム（ＰＡＣＳ）と接続可能であること。
G　システムを設置するための工事を含むこと。