② 人工心肺装置
A 心臓手術において生体機能を安全に代行できること
B 心筋保護液を安全に注入する機能を備えていること
C 血行動態を連続的に監視できること
③ ＳＰＥＣＴ装置
A ＣＴ搭載型のＳＰＥＣＴ装置であること
B ＳＰＥＣＴ画像の定量化が可能であること
C 核医学治療の評価が可能であること
D ＳＰＥＣＴ画像の画像解析機能を備えること
E ＳＰＥＣＴ検査を実施するための固定具、周辺機器、品質管理機器を備えること
F 病院が保有するシステムと接続できること
④ 据置型デジタル式汎用Ｘ線透視診断装置
A 長尺撮影が可能なこと
B 高電圧発生装置は、一般撮影、オートチェンジャー撮影、デジタル断層撮影、透視診断、ＤＲ撮影が可能であること
C 間接変換方式のＦＰＤを有すること
D 病院が保有するシステムと接続できること

2 資料及びコメントの提供方法 上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑹の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴ 資料等の提供期限 令和６年３月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵ 提出先 〒114―8564 東京都北区十条台１―５―70 陸上自衛隊補給統制本部衛生部補給計画課補給整備班補給整備班長 電話03―3908―5121 内線4721
3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴ 交付期間 令和６年２月６日から令和６年３月22日まで。
⑵ 交付場所 上記２⑵に同じ。
4 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5 Summary
⑴ Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵ Nature and quantity of the products to be purchased :
① Magnetic Resonance Imaging system 1 Set
② Cardiopulmonary Bypass System 1 Set
③ SPECT System 1 Set
④ Digital and general-purpose Angiography system, stationary type 4 Set
⑶ Type of the procurement : purchase
⑷ Basic performance to be required :
① Magnetic Resonance Imaging system
A It should be a whole-body magnetic resonance imaging system.
B The static magnetic field strength should be 3.0T.
C It is provided with high resolution and high speed imaging using AI, etc.
D It is equipped with a dedicated RF coil for each part.
E It is equipped with image processing workstation, image observation device and accessories for each examination.
F It is possible to connect hospital-owned systems.
② Cardiopulmonary Bypass System
A The equipment should be possible to replace the biological function safely during heart surgeries.
B The equipment should have the function to inject cardioplegia solution safely.
C Hemodynamics information should be observed continuously.
③ SPECT System
A It should be the SPECT equipment equipped with X-ray CT.
B It should be possible to quantify the SPECT image.
C It should be possible to evaluate the treatment of nuclear medicine.
D It should be equipped with the image analysis function for SPECT image.
E It should be equipped with fixture, peripheral device and quality control device for SPECT test.
F It should be possible to connect the hospital-owned medical information system.
④ Digital and general-purpose Angiography system, stationary type
A It should be possible to take X-ray for long object.
B The high voltage generator should be possible to conduct general photography, auto-change photography, digital tomography, fluoroscopic diagnosis and digital radiography.
C It should be equipped with Flat-panel detector of indirect conversion method.
D It should be possible to connect the hospital-owned medical information system.
⑸ Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 25 March 2024.
⑹ Contact point for the notice : Section leader, Supply and Maintenance Section, Medical Department, Ground Material Control Command, Japan Ground Self-Defense Force, 1―5―70 Jujodai, Kita-ku Tokyo 114―8564 Japan. TEL 03―3908―5121 Ext. 4721

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年２月６日
独立行政法人国立病院機構
沼田病院長 前村 道生
◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 10
○第 02903 号（№02903）
1 調達内容
⑴ 品目分類番号 71、27
⑵ 導入計画物品及び数量 病院情報システム一式及び７年間の保守業務委託
⑶ 調達方法 購入等
⑷ 導入期限 令和７年１月１日
⑸ 調達に必要とされる基本的な要求要件 詳細は導入説明書による。
2 資料及びコメントの提供方法 上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴ 資料等の提供期限 令和６年３月７日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵ 提出先 〒378―0051 群馬県沼田市上原町1551―４ 独立行政法人国立病院機構沼田病院 契約係長 古川 翔太 電話0278―23―2181 内線564
3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴ 交付期間 令和６年２月６日から令和６年３月７日まで。
⑵ 交付場所 上記２⑵に同じ。
4 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5 Summary
⑴ Classification of theproductsto be procured : 71, 27
⑵ Nature and quantity of the products to be Purchase : Hospital Information System 1 set and system maintenance commission for 7 years
⑶ Type of the procurement : Purchase
⑷ Basic requirements of the procurement : Refer to the instructions for detail
⑸ Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. March 7, 2024
⑹ Contact point for the notice : Shota Furukawa, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Numata Hospital, 1551―4 Kamiharamachi Numata-shi Gunma-ken 378―0051, Japan. TEL 0278―23―2181 ext. 564

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年２月６日
国立大学法人東京大学総長 藤井 輝夫