③　高精度な小線源治療を実施するために必要な周辺機器を有すること。
④　装置や放射線の安全性に関する品質保証・管理が行えるシステムであること。
⑤　本院既存の医療情報システム及び部門システムとのオンライン運用ができること。
⑥　患者情報保護のため、セキュリティ対策が施されていること。
⑦　システムダウン時や停電時にも安全に線源を回収する機能を有すること。
⑧　線源の紛失、盗難防止等の対策が施されていること。
⑨　必要な研修及び訓練を継続的に提供すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和６年３月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒501―1194 岐阜市柳戸１番１
岐阜大学医学部附属病院経営管理課調達係
河田　諒也　電話058―230―6035　メールアドレス
kawada.ryoya.s2@mail.f.thers.ac.jp

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和６年２月６日から令和６年３月22日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和６年２月15日16時30分
⑵　開催場所　岐阜大学医学部本館１階入札室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : High dose rate remote-afterloading brachytherapy System 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　The apparatus must be high dose rate remote-afterloading brachytherapy system.
②　The system must have capability to perform precise intracavitary and interstitial brachytherapy.
③　Required brachytherapy peripherals to achieve precise treatment must be included
④　The system must be able to perform the Quality Assurance (QA) and the Quality Control (QC) for all units associated with treatment delivery.
⑤　The system must be connected to Gifu University Hospital Information system and Gifu University Hospital Radiology Information System for Radiotherapy online.
⑥　Security measures must be included to protect patient information.
⑦　The system must be capable of collecting source safely in case of power interruption or system crash.
⑧　The system must have security measures to protect radioactive sources from loss and theft.
⑨　Full training and continuous support must be included.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　22 March, 2024
⑹　Contact point for the notice : Ryoya Kawada, Procurement Section, General Affairs Division, Gifu University School of Medicine, 1―1 Yanagido Gifu-City 501―1194 Japan, TEL 058―230―6035

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年２月６日
国立大学法人滋賀医科大学長　上本　伸二
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　25

○第９号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画及び数量
シリンジポンプ及び輸液ポンプ　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期
令和６年度９月
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件詳細は導入説明書による

2　資料及びコメントの提出方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提出期限　令和６年３月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒520―2192 大津市瀬田月輪町
滋賀医科大学病院経営戦略課病院調達係　小林　耕太　電話077―548―2039

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和６年２月６日から令和６年３月25日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和６年２月13日10時00分
⑵　開催場所　滋賀医科大学医学部附属病院第３会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Syringe pump and Volumetric pump 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement : Refer to the instructions for detail
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　25 March, 2024
⑹　Contact point for the notice : Kota Kobayashi, Procurement Section, Management Strategy of Hospital Division, Shiga University of Medical Science, Setatsukinowa-cho Otsu-shi 520―2192 Japan, TEL 077―548―2039

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年２月６日
国立大学法人島根大学長　服部　泰直
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　32

○第７号

1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　Ｘ線血管撮影装置一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和６年度10月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　Ｘ線血管撮影装置は、脳血管疾患やその他全身疾患の診断・治療のために、２方向同時撮影ができること。
Ｂ　Ｘ線血管撮影装置は、患者を移動することなく頭部から下肢までの全身を検査できること。
Ｃ　ＣＴ様画像も取得でき、血管の三次元構築や診断ができること。
Ｄ　高画質を担保しつつ患者、術者の被ばく線量が低減可能な機能を有すること。
Ｅ　血管内治療を支援する機能や解析装置を有すること。
Ｆ　院内既存の病院情報管理システム（ＨＩＳ・ＲＩＳ・ＰＡＣＳ・線量管理システム）と接続・連携し、参照できること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和６年３月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒693―8501 出雲市塩冶町89―１
国立大学法人島根大学医学部事務部会計課契約第二係　竹内　貴洋　電話0853―20―2043

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和６年２月６日から令和６年３月25日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。