B　Must have it is equipped with an image processing workstation for displaying, reconstructing, and SUV analysis of SPECT images, CT images, and fused images.
C　The image processing workstation must be equipped with various image analysis and functional analysis software, and have the ability to perform image reconstruction using scattering correction and absorption correction using X-ray CT.
D　Must have two mobile fluoroscopic diagnostic equipment equipped with FPD.
E　Must connect our institution's existing HIS, RIS, PACS.
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　24 June, 2024
⑹　Contact point for the notice : NAKAMOTO Megumi, Procurement Section, Management Division, Okayama University Hospital, 2―5―1 Shikata-cho Kita-ku Okayama-shi 700―8558 Japan, TEL 086―235―7540

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年５月７日
国立大学法人鹿児島大学
契約担当役事務局長　藤澤　亘
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　46
○第２号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　Ｘ線ＣＴ装置　一式
⑶　調達方法　借入
⑷　導入予定時期　令和６年度３月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
Ａ　Ｘ線ＣＴ装置は全身用であること。
Ｂ　逐次近似画像再構成法を有すること。
Ｃ　造影剤自動注入装置を有すること。
Ｄ　本システムによる診療を安全かつ円滑に行う上で、必要不可欠な附属周辺機器を有すること。
Ｅ　既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、読影システム、及び画像ネットワーク（ＰＡＣＳ）と接続可能であること。
２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和６年６月24日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提供先　〒890―8520 鹿児島市桜ヶ丘８―35―１　鹿児島大学病院経理調達課調達係　吉元　泰志　電話099―275―5045
３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和６年５月７日から令和６年６月24日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
⑴　開催日時　令和６年５月21日13時30分
⑵　開催場所　鹿児島大学病院Ａ棟６階第一会議室
５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
６　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be rent : High-performance Computed tomography (CT) system 1 Set
⑶　Type of the procurement : Rent
⑷　Basic requirements of the procurement :
A　The CT system must be for whole-body imaging.
B　The CT system must be equipped with successive approximations image reconstruction method.
C　The CT system must be equipped with an automated contrast injector.
D　The CT system must have peripheral devices that facilitate smooth and safe operation.
E　The CT system must be able to connect with the existent HIS, RIS, image interpreting system and PACS
⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　24 June, 2024
⑹　Contact point for the notice : YOSHIMOTO Taishi, Procurement Section, Administrative Division, Kagoshima University Hospital, 8―35―1 Sakuragaoka Kagoshima-shi 890―8520 Japan, TEL 099―275―5045

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和６年５月７日
独立行政法人造幣局理事　佐藤　雄作
◎調達機関番号　561　◎所在地番号　27
○造大第 23 号
１　調達内容
⑴　品目分類番号　12
⑵　購入等件名及び数量　電子プローブマイクロアナライザ　一式
２　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　令和６年５月28日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒530―0043 大阪市北区天満１―１―79　独立行政法人造幣局　総務部経理課　契約担当　畠中　康彦　電話06―6351―5463
３　仕様書案の交付
⑴　交付期間　令和６年５月７日から令和６年５月27日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
４　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 12
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Field emission-electron probe micro analyzer 1 set
⑶　Time-limit for tender : May 28, 2024 at 5 : 00 p.m.
⑷　Contact point for this notice : HATAKENAKA Yasuhiko, Contract Unit, Accounts Division, General Affairs Department, Japan Mint, 1―1―79 Temma Kita-ku, Osaka-shi 530―0043 Japan TEL 06―6351―5463

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和６年５月７日
独立行政法人日本スポーツ振興センター
契約担当役　理事長　芦立　訓
◎調達機関番号　576　◎所在地番号　13
１　調達内容
⑴　品目分類番号　71、27
⑵　購入等件名及び数量　ハイパフォーマンススポーツセンター無線ネットワークシステムの更改　一式
２　意見の提出方法
⑴　意見の提出期限　令和６年６月７日12時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒160―0013 東京都新宿区霞ヶ丘町４番１号　独立行政法人日本スポーツ振興センター　財務部調達管財課　矢口　電話03―5410―9140
３　仕様書案の交付
⑴　交付期間　令和６年５月７日から令和６年６月７日まで。
⑵　交付場所　独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページ（トップページ＞調達情報）にて交付。
４　Summary
⑴　Classification of the services to be procured : 71, 27
⑵　Nature and quantity of the services to be required : Renewal of High Performance Sport Center wireless network system 1 set
⑶　Time limit for the submission of comments : 12 : 00 PM 7, June, 2024
⑷　Contact point for the notice : Yaguchi, Finance Department, JAPAN SPORT COUNCIL 4―1 Kasumigaokamachi Shinjuku-ku Tokyo 160―0013 Japan TEL 03―5410―9140

意見招請に関する公示

次のとおり調達物品の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。
令和６年５月７日
国立研究開発法人
国立循環器病研究センター理事長
大津　欣也