◎調達機関番号　597　◎所在地番号　23
○第 07110 号（№07110）
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　ＰＥＴ－ＣＴ　1式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和６年度第４・四半期
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
①　マルチスライスＸ線ＣＴ装置を搭載した、ＰＥＴ－ＣＴ複合装置であること。
②　現在、当院で行われている全身の腫瘍、脳及び心臓のＰＥＴ検査に対応していること。
③　画像情報の保管・管理及び配信ができること。またＤＶＤなどのメディアにデータの記録、保存が可能であること。
④　当院の病院情報システム・放射線情報システム・画像サーバーおよび線量管理システムと接続し、オーダー・画像・患者情報等の様々な情報の通信ができること。
⑤　装置の維持について適切な保守体制と迅速なユーザー支援体制を有すること。
⑥　画像解析専用コンソールを有し、脳機能解析に対応していること。
⑦　読影補助用の汎用IT機器と接続し画像情報などの通信ができること。
⑧　一連の検査における患者の動向を観察及び確認できる周辺機器を有すること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
⑴　資料等の提供期限　令和６年７月９日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
⑵　提出先　〒460―0001 愛知県名古屋市中区三の丸４－１－１　独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター　企画課長　伊藤　啓之　電話052―951―1111　内線2220
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
⑴　交付期間　令和６年５月23日から令和６年７月９日まで。
⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。
4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
5　Summary
⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31
⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Positron Emission Tomography-Computed Tomography System 1 set
⑶　Type of the procurement : Purchase
⑷　Basic requirements of the procurement :
①　The Positron emission tomography-computed tomography (PET-CT) should be equipped with Multi-detector row CT (MDCT)
②　It should be able to examination for whole body scan, brain and heart which is performed now
③　It should be able to do saving, management and sending of the image data. And it should be able to record and save the data in the media including the DVD
④　It should have the connection with Hospital information system (HIS), Radiation information system (RIS), image server of this center and dose management system. And it has to correspond with various information including the order, images and patient data
⑤　It should provide a proper conservative and rapid user support system for-maintenance of devices
⑥　It should have the console for the image analysis and be able to deal withbrain functional analysis
⑦　It should be able to connect to the multi-purpose IT devices for interpretations of radiograms and correspond with the image information
⑧　It should have devices to observe the patients during the examination
⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. July 9, 2024
⑹　Contact point for the notice : Hiroyuki Ito, Director, Accounting Division, National Hospital Organization Nagoya Medical Center, 4―1―1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 460―0001, Japan. TEL 052―951―1111 ext. 2220

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和６年５月23日
国立大学法人北海道大学　総長　寳金　清博
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　01
1　調達内容
⑴　品目分類番号　22、31
⑵　導入計画物品及び数量　手術室患者画像情報システム　一式
⑶　調達方法　購入等
⑷　導入予定時期　令和７年４月以降
⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件
A　手術室映像システム
⑴　手術室内の天吊りアームモニタ、壁面大型モニタ、及び記録用装置に、術野カメラ、内視鏡装置、顕微鏡装置、ロボット手術装置、生体情報モニタの映像をタッチパネルモニタで直感的に切り替えることができること。尚、術野カメラ、天吊りアームモニタ、壁面大型モニタは既設の機器を使用すること。
⑵　手術室の壁面及び映像システムラック入力端子を設け配線を行うこと。入力端子の形状はＨＤ－ＳＤＩ、３Ｇ－ＳＤＩ、12Ｇ－ＳＤＩの信号を想定し、ＢＮＣ端子とすること。
⑶　入力端子の形状に合わせ、必要に応じ内視鏡、顕微鏡、映像入力装置には変換装置を設けること。
⑷　入力された映像は画面合成装置を用いて医療安全用の映像を作成できること。
⑸　映像のスイッチャー装置は、12Ｇ－ＳＤＩ信号の４Ｋ映像の取り回しが可能であること。
⑹　映像システムのコントローラーは、スイッチャー操作、録画操作、天吊りアームモニタ操作、術野カメラ操作及び病理配信システム操作が行えること。
⑺　映像システムのコントローラーは手術室の入室患者情報及び手術情報を取得しタッチパネルに表示すること。
⑻　映像記録装置は入力された映像を手術室患者画像システムサーバにリアルタイムに映像ファイルを転送し保存すること。また、緊急録画機能を有すること。
⑼　映像記録装置はサーバ保存と同じ画質で診療科から持ち込むＵＳＢデバイスに記録することが可能であること。ただし、映像記録装置において使用するＵＳＢデバイスは本院が保有するアンチウイルス対策ソフトウェアでウィルスチェックを行い、かつ指定期間内にウィルスチェックを受けたＵＳＢデバイスのみ使用できる機能を有すること。また、ＵＳＢデバイスによる映像保存を行った際は、ログを保存する機能を有すること。
⑽　映像コントロールシステムの電源は、一括ＯＮ／ＯＦＦが可能であること。
⑾　術野カメラの映像確認用のモニタを備えること。
⑿　手術室の漏電を防ぐため、アイソレーション電源装置を設けること。
⒀　手術室の各部屋に映像システムラックを設けること。
B　手術室患者画像情報システム用サーバ
⑴　新たにオンプレミスのサーバにシステムを構築すること。
⑵　手術室からの映像は病院情報ネットワーク（ＭＩＮＥＴ）を使い本サーバに保存すること。
⑶　ストレージサーバは、既存の記録映像、５年間分のＳＤ画質全記録映像及び直近２ヶ月分の全ＨＤ画質全記録映を保存できる容量を保持し、かつ容量の拡張ができること。
⑷　保存容量を超えた動画データは、古いデータから自動削除を行う機能を有すること。
⑸　記録映像はＬＴＯテープにバックアップできること。バックアップされたＬＴＯテープはサーバからどのテープに書き出したかをライブラリ管理できること。
⑹　院内各所に設置する編集用ＰＣと本サーバを接続し、編集を行えること。