③　術野カメラは４Ｋカメラであり、スポットライトを有しているものと３軸旋回機能を有しているものの２種類をそれぞれ必要とする手術室に用意し、無影灯の光量に合わせたＮＤフィルターを内蔵していること。

④　手術室映像コントロールシステムは各手術室で行われる手術を撮影しモニターに映し出す映像の切り替え及び録画操作をタッチパネルで行え、タッチパネル内のディスプレイにサムネイル表示できること。またその映像を他システムに伝送できること。

⑤　手術映像保存配信管理システムは撮影された手術映像を保存し、配信、ダウンロード等の操作が可能であること。閲覧は手術室内のみならず麻酔科医室などからも可能であること。

⑥　ネットワーク基盤系システムのハードウエアおよびソフトウエアとしては、既存のネットワーク設備の更新を行うこと。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和６年10月25日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒646―8558 和歌山県田辺市たきない町27―１　独立行政法人国立病院機構南和歌山医療センター　企画課業務班長　和田　順也　電話0739―26―7050　内線755

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和６年９月９日から令和６年10月24日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

5　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 16, 22

⑵　Nature and quantity of the product to be purchased : Operating lights, surgical field cameras, and operating room video management system 1 set.

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Required conditions

①　This system is used for surgical lights (②), surgical field cameras (③), operating room video control system (④), and surgical video storage and distribution management in the operating rooms (5 rooms) of the National Hospital Organization Minamiwakayama Medical Center. Consists of the system (⑤) and the hardware and software of the network infrastructure system that supports these systems (⑥).

②　The surgical light is an LED lighting, and the light source uses a light source with high color rendering properties that reduces glare to reduce eye strain. The light source uses a reflective method that does not cause chromatic aberration, and does not cast shadows on the area illuminated by the surgical light. Anti-reflection treatment must be applied to prevent interference.

③　The surgical field camera is a 4K camera, and two types, one with a spotlight and one with a 3-axis rotation function, are prepared in each operating room where it is needed, and the camera is adjusted to match the light intensity of the surgical light. Must have a built-in ND filter.

④　The operating room video control system should be able to film surgeries performed in each operating room, switch the images displayed on the monitor, and perform recording operations using the touch panel, and display thumbnails on the touch panel display. Also, the video can be transmitted to other systems.

⑤　The surgical video storage and distribution management system must be capable of storing, distributing, downloading, etc. the surgical video that has been taken. Viewing must be possible not only from the operating room but also from the anesthetist's room, etc.

⑥　Regarding the hardware and software of the network infrastructure system, existing network equipment must be updated.

⑸　Time-limit for the submission of the requested material : 5 : 00 P.M. October 25, 2024

⑹　Contact point for the notice : Junya Wada, Accounting Division, National Hospital Organization Minamiwakayama Medical Center, 27―1 Takinai-cho Tanabe-city Wakayama-pref. 646―8558, Japan TEL 0739―26―7050 ext. 755.

意見招請に関する公示

次のとおり調達特定役務の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和６年９月９日

契約担当役　独立行政法人統計センター
理事長　佐伯　修司

◎調達機関番号　560　◎所在地番号　13

1　調達内容

⑴　品目分類番号　71、27

⑵　購入等件名及び数量　独立行政法人統計センター情報システム基盤の構築及びサービス提供業務　一式

2　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和６年９月30日午後２時迄

⑵　提出先　〒162―8668 東京都新宿区若松町19番１号　独立行政法人統計センター総務部財務課調達係　緑川　電話03―5273―1219

3　仕様書案の交付等

⑴　交付期間　令和６年９月９日から令和６年９月30日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　仕様書案の説明会

⑴　開催日時　令和６年９月13日午後４時

⑵　開催場所　総務省第二庁舎１階　入札室

5　Summary

⑴　Classification of the services to be procured : 71, 27

⑵　Nature and quantity of the services to be required : Building and services provision of "The Information system for National Statistics Center" 1 set.

⑶　Time limit for the submission of comments : 14 : 00　30 September 2024

⑷　Contact point for the notice : Midorikawa, Procurement Section, Financial Affairs Division, General Affairs Department, National Statistics Center, 19―1 Wakamatsu-cho Shinjuku-ku, Tokyo Japan 162―8668 TEL 03―5273―1219

意見招請に関する公示

次のとおり調達案件の仕様書案の作成が完了したので、仕様書案に対する意見を招請します。

令和６年９月９日

独立行政法人国立病院機構
大阪刀根山医療センター院長　奥村明之進

◎調達機関番号　597　◎所在地番号　27

1　調達内容

⑴　品目分類番号　75

⑵　調達案件名及び数量　建物管理業務　一式

2　意見の提出方法

⑴　意見の提出期限　令和６年９月30日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提出先　〒560―8552 大阪府豊中市刀根山５―１―１　独立行政法人国立病院機構大阪刀根山医療センター　企画課長　竹下　浩二　電話06―6853―2001　内線2140

3　仕様書案の交付

⑴　交付期間　令和６年９月９日から令和６年９月30日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

4　Summary

⑴　Classification of the services to be procured : 75

⑵　Nature and quantity of the services to be procured : Building facilities of Osaka Toneyama Medical Center entrust you with a general administrative task 1 set

⑶　Time-limit for the submission of comments : 5 : 00 P.M. September 30, 2024

⑷　Contact point for the notice : Takeshita Kouji, Director, Accounting Division, Osaka Toneyama Medical Center, 5―1―1 Toneyama Toyonaka-shi Osaka-fu 560―8552, Japan. TEL 06―6853―2001 ext. 2140