F　As an educational tool for young doctors, it is possible to perform simulations using 3D images before surgery, and has a multimodality fusion function that includes marking functions on fluoroscopic and photographic images, and echo images that allow understanding of anatomical structures on fluoroscopy.

G　The system must be connected to the existing Integrated image information System and Electronic medical record integration system.

H　The system should include other necessary peripheral equipment.

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　27 June 2025

⑹　Contact point for the notice : Sumie Matsuno, Division of Accounting, Department of University Hospital Management, University of Tsukuba, 2―1―1 Amakubo Tsukuba-shi 305―8576 Japan, TEL 029―853―3539

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和７年５月12日

国立大学法人神戸大学

契約担当役　理事　森山　睦

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　28

○第１号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　集中治療・手術モニタリングシステム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和７年度12月以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

①　心電図、呼吸曲線、観血血圧波形、脈波、CO_2分圧曲線、脳波、呼吸流量曲線、気道内圧曲線、換気量曲線、脳波（ＢＩＳ）、O_2濃度曲線、CO_2濃度曲線、Agent濃度曲線の波形表示が可能であること

②　心拍数、ＶＰＣ数、ＳＴレベル、呼吸数、非観血血圧値、観血血圧値、SpO_2値、脈拍数、体温、心拍出量、心係数、注入液温度、血液温度、呼気終末CO_2分圧、ＢＩＳ値、QTc、QRSdの数値表示が可能であること

③　重症記録システムへの連動が可能であること

④　モニタリングしたパラメーターはサーバー等に記録され、過去の記録を閲覧することが可能であること

⑤　rSO_2モジュールの接続が可能であること

⑥　現行接続している医療機器の接続が可能であること

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和７年６月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒650―0017　神戸市中央区楠町７－５－１　神戸大学医学部管理課病院契約係　松岡　未樹　電話078―382―5120

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和７年５月12日から令和７年６月27日

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和７年５月19日15時00分

⑵　開催場所　神戸大学医学部管理棟入札室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Intensive care and operation monitoring system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase

⑷　Basic requirements of the procurement :

①　Availability of displaying ECG, respiratory curve, blood pressure waveform, pulse wave, CO_2 partial pressure curve, EEG, respiratory flow curve, airway pressure curve, ventilation volume curve, EEG (BIS), O_2 concentration curve, CO_2 concentration curve, and Agent concentration curve waveforms

②　Availability of displaying heart rate, VPC count, ST level, respiratory rate, unobserved blood pressure value, observed blood pressure value, SpO_2 value, pulse rate, body temperature, cardiac output, cardiac index, infusion fluid temperature, blood temperature, end-expiratory CO_2 partial pressure, BIS value, QTc, QRSd

③　Availability of linkage to the critical illness record system

④　Monitored parameters must be recorded on a server, and past records must be able to be viewed

⑤　The rSO_2 module must be able to be connected

⑥　Availability to connect medical devices currently connected to the system

⑸　Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　27 June, 2025

⑹　Contact point for the notice : MATSUOKA Miki, Contract Affairs Section, Financial Management Division, Kobe University Hospital, 7―5―1 Kusunoki-cho Chuo-ku Kobe-shi 650―0017 Japan, TEL 078―382―5120

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和７年５月12日

国立大学法人岡山大学長　那須　保友

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　33

○第１号

１　調達内容

⑴　品目分類番号　22、31

⑵　導入計画物品及び数量　ハイブリッド対応血管造影撮影システム　一式

⑶　調達方法　購入等

⑷　導入予定時期　令和７年度第４・四半期以降

⑸　調達に必要とされる基本的な要求要件

Ａ　平面検出器装置及びＸ線管装置を搭載した血管撮影装置であること。

Ｂ　回転ＤＳＡの撮影及び３Ｄ構築が行えること。

Ｃ　フラットパネル検出器・Ｘ線管部分に安全機能を有し、高精細画像が得られること。

Ｄ　血管内治療を支援する機能及び解析機能を有すること。

Ｅ　患者及び医療従事者に対する被ばく低減機構を有すること。

Ｆ　既存の放射線情報システム（ＲＩＳ）及び画像ネットワーク（ＰＡＣＳ）と接続が可能であること。

Ｇ　線量レポート出力方式がＲＤＳＲに対応していること。

２　資料及びコメントの提供方法　上記１⑵の物品に関する一般的な参考資料及び同⑸の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

⑴　資料等の提供期限　令和７年６月27日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

⑵　提供先　〒700―8558　岡山市北区鹿田町２－５－１　岡山大学病院管理課政府調達担当　平尾　詩乃　電話086―235―7540

３　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

⑴　交付期間　令和７年５月12日から令和７年６月27日まで。

⑵　交付場所　上記２⑵に同じ。

４　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

⑴　開催日時　令和７年５月15日10時00分

⑵　開催場所　岡山大学医学部管理棟小会議室

５　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

６　Summary

⑴　Classification of the products to be procured : 22, 31

⑵　Nature and quantity of the products to be purchased : Hybrid compatible angiography system 1 Set

⑶　Type of the procurement : Purchase