(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 8, December, 2025

(6) Contact point for the notice : KOTACHI Masao, Office of Accounting Procurement, Financial Affairs Division, Financial Affairs Department, Utsunomiya University, 350 Mine-machi, Utsunomiya-shi, 321―8505 Japan, TEL 028―649―5062

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和７年11月４日

国立大学法人新潟大学長　牛木　辰男

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　15

○第５号

1　調達内容

(1) 品目分類番号　22、31

(2) 導入計画物品及び数量　内視鏡手術支援ロボット　一式

(3) 調達方法　購入等

(4) 導入予定時期　令和８年度９月以降

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

A　内視鏡手術支援ロボットは手術操作コントロール、手術ロボットアーム、ビジンシステム（電気手術装置含む）の３つの構成を合わせて操作が出来る装置であること。

B　手術操作コントロールは座って操作が出来、かつ３Ｄ画像を表示する機能であること。

C　手術ロボットアームは４本のサージカルアームから構成され、どのアームにも12mm以下の専用の鉗子および専用の８mm以下のエンドスコープが装着出来ること。

D　ビジョンシステムはタッチスクリーンモニターを採用していること。

E　電気手術装置はモノポーラ、バイポーラのエネルギー出力が可能であること。

F　エンドスコープはホワイトバランス、３Ｄキャリブレーション、フォーカスが自動調整で使用することが可能であるスコープであること。

G　手術操作コントロールと手術ロボットアームには手術を補助する助手とコミュニケーションをとる為のマイクとスピーカーを有すること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限　令和７年12月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

(2) 提供先　〒951―8520 新潟市中央区旭町通１番町754番地　新潟大学医歯学総合病院管理運営課専門職員　伊藤　憲興　電話025―227―0972

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間　令和７年11月４日から令和７年12月22日まで。

(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

(1) 開催日時　令和７年11月11日15時00分

(2) 開催場所　新潟大学医歯学総合病院西病棟12階　小会議室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

(1) Classification of the products to be procured : 22, 31

(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Endoscopic surgery support robot 1 Set

(3) Type of the procurement : Purchase

(4) Basic requirements of the procurement :

A　The endoscopic surgery support robot is a device that can operate together with three configurations of surgical operation control, surgical robot arm, and vision system (including electrosurgical device).

B　Surgical operation control is a function to sit and operate, and to display 3D images.

C　The surgical robot arm consists of four surgical arms, and each arm can be fitted with exclusive forceps of 12mm or less and exclusive endoscope of 8mm or less.

D　The vision system has adopted the touch screen monitor.

E　The electrosurgical device should be capable of monopolar, bipolar energy output.

F　The endoscope is a scope that can be used with automatic adjustment of white balance, 3D calibration, and focus.

G　Surgical operation control and surgical operation Have a microphone and speaker for robotic arm to communicate with assistant assisting surgery.

(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 22 December, 2025

(6) Contact point for the notice : Norioki Ito, Procurement Section, Niigata University Medical and Dental Hospital, 754 Asahimachidori 1-bancho Chuo-ku Niigata-shi 951―8520 Japan, TEL 025―227―0972

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和７年11月４日

国立大学法人神戸大学

契約担当役　理事　森山　　睦

◎調達機関番号　415　◎所在地番号　28

○第２号

1　調達内容

(1) 品目分類番号　22、31

(2) 導入計画物品及び数量　鏡視下手術システム　一式

(3) 調達方法　借入

(4) 導入予定時期　令和８年度10月以降

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

A　各診療科で施行する内視鏡下手術に対応できること。

B　内視鏡映像制御装置は高画質の映像を常に最適の状態で供給ができかつ、記録ができること。

C　内視鏡下手術用エネルギー装置は、患者に与える侵襲が最小に抑えられ、手術を行う上で安全で必要十分なエネルギーを提供できること。

2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限　令和７年12月22日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

(2) 提供先　〒650―0017 神戸市中央区楠町７―５―１　神戸大学医学部管理課病院契約係　松岡　未樹　電話078―382―5120

3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間　令和７年11月４日から令和７年12月22日

(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。

4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。

(1) 開催日時　令和７年11月11日14時00分

(2) 開催場所　神戸大学医学部管理棟入札室

5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6　Summary

(1) Classification of the products to be procured : 22, 31

(2) Nature and quantity of the products to be rent : Endoscopic surgery system 1 Set

(3) Type of the procurement : Rent

(4) Basic requirements of the procurement :

A　The system should be suitable to multidisciplinary endoscopic surgeries.

B　Endoscopic image control device should be able to provide optimal video pictures at high resolution and the pictures can be recorded.

C　Cautery device for endoscopic surgery should be minimally invasive to patient and can provide a necessary and sufficient energy in safety during the operations.

(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00 22 December, 2025

(6) Contact point for the notice : MATSUOKA Miki, Contract Affairs Section, Financial Management Division, Kobe University Hospital, 7―5―1 Kusunoki-cho Chuo-ku Kobe-shi 650―0017 Japan, TEL 078―382―5120